

**INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY
AND CONSUMER GOODS LTD.**

9 Ha'Shalom Rd., Neshar, P.O.Box 291, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702

www.microb.co.il

11.06.15

מכון למיקרוביולוגיה של מזון

ומוצרי צריכה בע"מ

דרך השלום 9, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601
טל' 8207587, 8207074-04, פקס' 8210702-04

E-mail: info@microb.co.il



**לכבוד: חברה "Tipa-tech"
לידי: Baruch Ziser**

הנדון: תוצאות של ניסוי עבור מכשיר LOTUS DY

Enterobacter Aerogenes cfu/ml ATCC 13048		Streptococcus faecalis.cfu/ml ATCC 19433		Pseudomonas aeruginosa. cfu/ml ATCC 27853		E. coli cfu/ml ATCC 25922		time
sample	control	sample	control	sample	control	sample	control	
490000	490000	320000	320000	450000	450000	600000	600000	0 min
0	490000	0	320000	0	450000	0	600000	1 min
0	530000	0	400000	0	510000	0	720000	10 min
0	1200000	0	5100000	0	1100000	0	1300000	24 hr

בברכה
ד"ר עירית ויזר
מנהלת המעבדה